ADIDHARMA EKAPRANA

LEMBAR INFORMASI PRODUK
Bahasa Indonesia

United Pharmatek

United Pharmatek UFT

Uji kerapuhan tablet menggunakan drum



Menguji ketahanan tablet terhadap abrasi dan benturan saat diputar dalam drum. Perbandingan massa sebelum dan sesudah uji digunakan untuk menghitung kehilangan massa.

Spesifikasi utama

Jumlah drum	UFT-1 / UFT-2: 2. UFT-S: 1.
Kecepatan putar	UFT-1: 20–90 rpm. UFT-2 / UFT-S: 25 ± 1 rpm.
Jumlah putaran	UFT-1: 10–900. UFT-2 / UFT-S: 100 ± 1.
Kedalaman drum	39 mm
Tinggi jatuh tablet	156 mm
Dimensi per model (urutan pada lembar pabrikan)	UFT-1 / UFT-2: 370 × 310 × 340 mm. UFT-S: 300 × 200 × 330 mm.

Sebelum memilih

Pilih jumlah drum dan kondisi putaran sesuai metode yang digunakan. Timbang sampel dengan prosedur konsisten sebelum dan sesudah uji.

Dokumen teknis United Pharmatek **Riset terkait metode**

PT Adidharma Ekaprana

Ruko Sedayu City Boulevard Timur, Blok B No. 38
Rawa Terate, Cakung, Jakarta Timur 13920, Indonesia

WhatsApp +62 811 8069 288 **info@adidharma.co.id** **Telepon**

adidharma.co.id

Halaman produk