ADIDHARMA EKAPRANA

LEMBAR INFORMASI PRODUK
Bahasa Indonesia

ANKOM

ANKOM XT15

Ekstraksi lemak kasar pada pangan dan pakan



XT15 mengekstraksi lemak kasar pada sampel pangan dan pakan. Analis menghitung kadar lemak dari perubahan massa sampel setelah ekstraksi. Jika metode mensyaratkan hidrolisis asam untuk lemak total, sampel perlu dihidrolisis lebih dulu.

Spesifikasi utama

Kapasitas per proses	Hingga 15 sampel
Massa per sampel	1,0–2,0 g
Rentang kadar lemak	0–100%
Waktu ekstraksi lemak kasar	30–60 menit menurut jenis sampel, di luar pengeringan
Kantong filter	XT4
Dimensi alat (P × L × T)	565,2 × 450,9 × 679,5 mm

Sebelum memilih

Saat membandingkan hasil, catat jenis sampel serta apakah metode mengharuskan hidrolisis sebelum ekstraksi.

Dokumen teknis ANKOM **Riset dengan model ini**

PT Adidharma Ekaprana

Ruko Sedayu City Boulevard Timur, Blok B No. 38
Rawa Terate, Cakung, Jakarta Timur 13920, Indonesia

WhatsApp +62 811 8069 288 **info@adidharma.co.id** **Telepon**

adidharma.co.id

Halaman produk