ADIDHARMA EKAPRANA

LEMBAR INFORMASI PRODUK
Bahasa Indonesia

United Pharmatek

United Pharmatek UDT

Uji waktu hancur tablet dan kapsul



Menentukan waktu hancur tablet atau kapsul dalam media dan kondisi uji yang ditetapkan. Jumlah keranjang pada seri UDT menentukan berapa rangkaian uji yang dapat dijalankan bersamaan.

Spesifikasi utama

Jumlah keranjang	UDT-1: 1. UDT-2: 2. UDT-3: 3.
Volume beker	1.000 mL
Frekuensi gerak	29–32 siklus/menit
Jarak langkah	55 ± 1 mm
Pengaturan suhu	Suhu ruang hingga 45 °C. Akurasi ±0,5 °C.
Dimensi per model (urutan pada lembar pabrikan)	UDT-1: 260 × 300 × 420 mm. UDT-2: 400 × 300 × 420 mm. UDT-3: 560 × 300 × 420 mm.

Sebelum memilih

Hitung berapa keranjang harus berjalan bersamaan, termasuk pengulangan, agar kapasitas alat sesuai dengan jadwal pengujian.

Dokumen teknis United Pharmatek **Riset terkait metode**

PT Adidharma Ekaprana

Ruko Sedayu City Boulevard Timur, Blok B No. 38
Rawa Terate, Cakung, Jakarta Timur 13920, Indonesia

WhatsApp +62 811 8069 288 **info@adidharma.co.id** **Telepon**

adidharma.co.id

Halaman produk