ADIDHARMA EKAPRANA

LEMBAR INFORMASI PRODUK
Bahasa Indonesia

United Pharmatek

United Pharmatek DT

Uji disolusi sediaan padat



Menguji pelepasan zat aktif dari sediaan padat dalam bejana pada suhu dan kecepatan yang diatur. Sampel media diambil pada interval yang ditentukan untuk analisis kadar sesuai metode produk.

Spesifikasi utama

Jumlah bejana	DT-6 / DT-6D: 6. DT-8 / DT-8D: 8.
Kecepatan putar	20–200 rpm
Rentang suhu	Suhu ruang hingga 45 °C
Waktu pengujian	1–999 menit, 9 titik waktu
Berat	DT-6: 44 kg. DT-8: 45 kg. DT-6D: 56 kg. DT-8D: 58 kg.
Perencanaan ruang meja	Konfirmasi ukuran dan satuan pada gambar dimensi untuk varian yang dipilih.

Sebelum memilih

Tentukan jumlah bejana, jenis pengaduk, titik pengambilan sampel, dan perangkat analisis kadar yang akan digunakan.

Dokumen teknis United Pharmatek **Riset terkait metode**

PT Adidharma Ekaprana

Ruko Sedayu City Boulevard Timur, Blok B No. 38
Rawa Terate, Cakung, Jakarta Timur 13920, Indonesia

WhatsApp +62 811 8069 288 **info@adidharma.co.id** **Telepon**

adidharma.co.id

Halaman produk